



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βούτες Ηρακλείου, Ταχ. Θυρίδα: 1352

Ηράκλειο 2-11-11  
Αρ. πρωτ: .....15008...

**ΠΡΟΣ:** Το Γραφείο Προμηθειών

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/11/2011

Υστερα από πρόσκληση των μελών της επιτροπής ενστάσεων παραβρέθηκαν οι εξής:

Σπυριδάκης Ιωάννης, Χριστοφοράκης Ιωάννης, Βεργάκη Ειρήνη, Σχορετσανίτης Γεώργιος

**Θέμα:** Προσφυγή με αρ πρωτ 14223/17-10-11 της εταιρείας **“FUJIFILM HELLAS AE.”** που αφορά Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» με αριθμό διακήρυξης 1Ε/11.

**Σχετικά:** Απάντηση της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών με αρ πρωτ 14851/31-10-2011. στην επιστολή μας της 20/11/2011.

Η προσφυγή στρέφεται κατά των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 1Ε/11 του παραπάνω διαγωνισμού. Συγκεκριμένα :

1. Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές Μονάδας Ακτινογράφησης γενικής χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας η σύνθεση του προσφερόμενου ακτινολογικού συγκροτήματος πρέπει να περιλαμβάνει: « **Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ... 8.Να διαθέτει διάταξη πίπτοντος φορτίου για τη ρύθμιση του φορτίου και την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας/λυχνίας**». Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι με αυτήν την προδιαγραφή αναίτια περιορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων και ζητά να αφαιρεθεί η ορολογία «**διάταξη πίπτοντος φορτίου**» διότι είναι αυθαίρετη και δεν βασίζεται στις ανάγκες του νοσοκομείου. Η επιτροπή προδιαγραφών επισημαίνει ότι η τεχνική αυτή «**διάταξη πίπτοντος φορτίου**» είναι μια δοκιμασμένη τεχνική που αποσκοπεί στην επίτευξη του μικρότερου δυνατόν χρόνου έκθεσης σε ακτινογραφικές λήψεις μεγιστοποιώντας την απόδοση της λυχνίας, δεν απαιτεί τη μεσολάβηση του χειριστή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αυτομάτως ο μικρότερος δυνατός χρόνος έκθεσης ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τεχνικών σφαλμάτων λόγω κίνησης του ασθενούς. Για τους παραπάνω λόγους θεωρεί ότι πρέπει η προδιαγραφή να παραμείνει ως

έχει. Η επιτροπή ενστάσεων αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής προδιαγραφών και προτείνει την απόρριψη του σημείου της προσφυγής.

2. Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ...Να διαθέτει ανιχνευτή άμορφης σιλικόνης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.....Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι με την ως άνω περιγραφή ωστόσο, η διακήρυξη περιορίζει κατά μεγάλο ποσοστό αναιτίως την δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων στο διαγωνισμό και ζητά αλλαγή της προδιαγραφής. Η επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου Β.7 ως εξής: «Να διαθέτει ανιχνευτή άμορφης σιλικόνης ή άμορφου σεληνίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά...» Η επιτροπή ενστάσεων αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής προδιαγραφών και προτείνει να γίνει δεκτή η τροποποίηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ