

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ –ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, **κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν** στο Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια **ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Β) ΔΕΚ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟ**, με αρ. δ/ξης 16Π/17, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1359

Ανακοινώνει την **ορθή επανάληψη:**

Του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ**, σελίδα 24 της 16Π/17 δ/ξης,
Της **παραγράφου 11**, σελίδα 31 της 16Π/17 δ/ξης.

Συγκεκριμένα :

Από το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**, σελίδα. 24 της δ/ξης **απαλείφεται η φράση** από το τέλος της πρώτης παραγράφου : **ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ** και διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Από την **παραγράφο 11** σελίδα 31 της δ/ξης, **απαλείφεται η φράση: 50 τουλάχιστον δειγμάτων για το Βενιζέλειο** και διαμορφώνεται ως εξής:

- ο Για το λόγο αυτό να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής 90 τουλάχιστον δειγμάτων για το ΠΑΓΝΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ