



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ

(7^η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Υποδ/νση: Οικονομικών
Τμήμα: Προμηθειών
Πληροφορίες Αθ. Κουτεντάκης
Τηλέφωνο : 2810 – 392 030
e-mail: prom@pagni.gr
site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr

Ηράκλειο,

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΑ Τ.Ν.», με αρ. διακ. 29/21, (Αρ. διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 154837) με Κωδικό CPV: 33181000-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 369.061,11€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 154837.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της χρήσης Barcode στο νοσοκομείο, υπάρχει διαφορά στους κωδικούς των ειδών στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με την λίστα ειδών της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές με αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών με τους νέους κωδικούς.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ ΤΟ 2022

ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 40% Α2				
ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ
Πολυαιθερική σουλφόνη	2.2	γ-ακτινοβολία	500	245414=291969
Πολυσουλφόνη με βιταμίνη Ε	1.8	γ-ακτινοβολία	1500	236990=236990
Πολυσουλφόνη με επικάλυψη γέλης (σε περίπτωση ισοδύναμων επιλέγουμε αυτό με το μεγαλύτερο ΚοΑ)	2.1	γ-ακτινοβολία	2000	202766=287713
Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο ΡΜΜΑ	2.1	γ-ακτινοβολία	1300	248802=248802
PUREMA	1.8	Ατμός	700	194746=194746
ΣΥΝΟΛΟ			6000	
ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 60% Β2				
ΜΕΜΒΡΑΝΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολυμεθακρυλικό Μεθύλιο ΡΜΜΑ	1.8	γ -ακτινοβολία	1.500	245416=291971
Πολυαιθερική σουλφονη	1.6	γ -ακτινοβολία	500	235666=291666
Πολυαιθερική σουλφονη	2.0	γ -ακτινοβολία	500	231855=291535
Πολυσουλφόνη Με επικάλυψη υδρόφιλης γέλης	1.6	γ -ακτινοβολία	1000	67690=283192
Πολυσουλφόνη με επικάλυψη υδρόφιλης γέλης	1.8	γ-ακτινοβολία	1.500	124991=284029
Πολυσουλφόνη με επικάλυψη γέλης (σε περίπτωση ισοδύναμων επιλέγουμε αυτό με το μεγαλύτερο ΚοΑ)	1.8	γ-ακτινοβολία	2.300	202761=202761
POLYNEPHERON	1.9	γ-ακτινοβολία	1.700	204256=204256
ΣΥΝΟΛΟ	ΦΙΛΤΡΩΝ		9000	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αρτηριοφλεβικές γραμμές που θα συνοδεύουν τα φίλτρα να είναι συμβατές με μηχανήματα Fresenius με μικρό φλεβικό ποτηράκι 22mm (ποσοστό 60%) και με γραμμές συμβατές με μηχανήματα SURDIAL-S της NIPRO (ποσοστό 40%).				