



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
(7<sup>Η</sup> ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  
ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 258/29-06-2012

Τηλέφωνο : 2810 - 392073

☎ Telefax : 2810 - 392748

✉ e-mail: prom@pagni.gr

site ΠαΓΝΗ [www.Pagni.gr](http://www.Pagni.gr)

#### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 34Π/2012

Τη Διενέργεια Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με αριθμός διακ.: 34Π/12» σε βάρος ΚΑΕ 1311, Προϋπολογισμού : **60.000,00 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο ή μέρος του διαγωνισμού.

#### ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές τους που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ |
| ΝΑΙ<br>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ         | Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    |

#### ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ<br>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ   | ΩΡΑ       |
|--|---------------------------|---------|-----------|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ<br>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ<br>ΜΙΚΡ/ΘΕΙΕΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 11/07/2012                | ΤΕΤΑΡΤΗ | 09.00π.μ. |

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)»
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
8. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
10. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
11. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
12. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
13. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
14. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
15. Την Απόφαση **338/11/10-05-2012** του Δ.Σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας.

### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

#### **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πρόγραμμα Δι@ύγείας στις 29-06-2012**

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr) στις 29-06-2012 , συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς με το πρόγραμμα Hermes 8.1.6**

### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

#### **ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση Διοικητή.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

α) Τα μέλη της επιτροπής

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**).

**Άρθρο 3<sup>ο</sup>**  
**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:**

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

**Άρθρο 4<sup>ο</sup>**  
**ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
  - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

**Άρθρο 5<sup>ο</sup>**  
**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** τις προσφορές μέχρι **10-07-2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της

προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο **επί ποινή απόρριψης**.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του ανάδοχου, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς». **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

4.2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Στοιχεία του αποστολέα

4.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και το **φύλλο συμμόρφωσης (αν απαιτείται)** και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Τα οικονομικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

**Παράκληση:** Τα **τεχνικά και οικονομικά**, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο **σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)**.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη **«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»**. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

5.1. Επισημαίνεται ότι:

5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

5.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

**Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.**

## **Άρθρο 6<sup>ο</sup>** **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.**

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>** **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6.Θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται με ευθύνη τους.

### **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

#### **ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

1<sup>α</sup>) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

1<sup>β</sup>) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. **Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή,

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>** **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

**Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών καθώς και ο κωδικός GMDN.**

**Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς.**

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π. ) **επί ποινή απόρριψης.**

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.** Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών ή υπερβαίνει το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά είδος της διακήρυξης, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

## **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>** **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη:**

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

## **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>** **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που θα καθορίζεται στη διακήρυξη.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

ΣΤ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

## **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>** **ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα

Δ. Την τιμή

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέχρι την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των υλικών.**

### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια **των 10 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, επί ποινής αποκλεισμού.**
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 118/07.

Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύμβαση είναι οι αποθήκες του Νοσοκομείου μας.

### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

#### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:
  - Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
  - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος 4%.

## **ΑΡΘΡΟ 17<sup>ο</sup>**

### **ΓΕΝΙΚΑ**

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ**

## ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

**Α΄ ΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

**A/A:  
560**      **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ**

| A/A | Κωδικός | Περιγραφή                                      | Τεχνικές προδιαγραφές   | ΜΜ Διαγ. | Ποσότητα | Συνολική δαπάνη ανά είδος |
|-----|---------|--|---|----------|----------|---------------------------|
| 1   | 24561   | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 3.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης και να έχει σχήμα βαθμιαία μειούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του για μεγάλη επιφάνεια επαφής με την τραχεία ώστε να αποτρέπεται η εισρόφηση των εκκρίσεων .<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοπικός έως το κατώτερο άκρο του χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy eye Νο3 | TEM      | 30       | 608,85                    |

|   |       |  |  |     |    |        |
|---|-------|--|--|-----|----|--------|
| 2 | 24563 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 4.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοπικός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy<br>eye No4   | TEM | 30 | 608,85 |
| 3 | 24564 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 4.5MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοπικός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy<br>eye No4,5 | TEM | 30 | 608,85 |
| 4 | 24565 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 5.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης και<br>να έχει σχήμα βαθμιαία μειούμενη<br>διάμετρο σε όλο το μήκος του για<br>μεγάλη επιφάνεια επαφής με την<br>τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοπικός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy<br>eye No5   | TEM | 50 | 73,19  |

|   |       |  |   |     |     |        |
|---|-------|--|---|-----|-----|--------|
| 5 | 24566 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 5.5MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκιερή γραμμή του Murfy<br>eye No5,5  | TEM | 50  | 73,19  |
| 6 | 24567 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 6.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του χωρίς<br>να διακόπτεται η ακτινοσκιερή<br>γραμμή του Murfy eye Νο6<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκιερή γραμμή του Murfy<br>eye Νο6 | TEM | 80  | 117,10 |
| 7 | 24568 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 6.5MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η  | TEM | 100 | 146,37 |

|    |       |  |  |     |     |        |
|----|-------|--|--|-----|-----|--------|
|    |       |  | ακτινοσκοιερή γραμμή του Murfy<br>eye No6,5  |     |     |        |
| 8  | 24569 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 7.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκοιερή γραμμή του Murfy<br>eye No7   | TEM | 200 | 292,74 |
| 9  | 24570 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 7.5MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του<br>χωρίς να διακόπτεται η<br>ακτινοσκοιερή γραμμή του Murfy<br>eye No7,5 | TEM | 350 | 512,29 |
| 10 | 24571 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 8.0MM | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή<br>μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης<br>και να έχει σχήμα βαθμιαία<br>μειούμενη διάμετρο σε όλο το<br>μήκος του για μεγάλη επιφάνεια<br>επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοιερός<br>έως το κατώτερο άκρο του  | TEM | 150 | 219,56 |

|    |       |  |  |     |     |          |
|----|-------|--|--|-----|-----|----------|
|    |       |  | χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy eye No8  |     |     |          |
| 11 | 24572 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ CUFF<br>MURPHY 8.5MM   | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, free latex.<br>Να είναι Hi-Lo cuff, δηλαδή μεγάλου όγκου, χαμηλής πίεσης και να έχει σχήμα βαθμιαία μειούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του για μεγάλη επιφάνεια επαφής με την τραχεία,<br>Ο σωλήνας να είναι ακτινοσκοπικός έως το κατώτερο άκρο του χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy eye No8,5 | TEM | 350 | 512,29   |
| 12 | 50521 | ΣΥΣΤΗΜΑ CPAP ΜΕ<br>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ<br>ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ<br>ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟ<br>ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΠΛΟΥ<br>ΑΥΛΟΥ |  | TEM | 40  | 1.968,00 |
| 13 | 53660 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 00   | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, τύπου guedel κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC free latex , να έχουν:χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα 00   | TEM | 50  | 108,24   |
| 14 | 53661 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 0  | Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, τύπου guedel κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC free latex , να έχουν:χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα 0  | TEM | 50  | 108,24   |

|    |       |   |  |     |     |          |
|----|-------|---|--|-----|-----|----------|
| 15 | 53662 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 1 | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC free<br>latex, να έχουν:χρωματιστή ένδειξη<br>μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα No 1  | TEM | 50  | 108,24   |
| 16 | 53663 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 2 | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC free<br>latex , να έχουν:χρωματιστή<br>ένδειξη μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα No 2 | TEM | 50  | 108,24   |
| 17 | 53664 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 3 | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC free<br>latex , να έχουν:χρωματιστή<br>ένδειξη μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα No 3 | TEM | 500 | 1.082,40 |
| 18 | 53665 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 4 | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC free<br>latex , να έχουν:χρωματιστή<br>ένδειξη μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα No 4 | TEM | 950 | 2.056,56 |
| 19 | 53666 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ NO 5 | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC, να<br>έχουν:χρωματιστή ένδειξη<br>μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα No 5             | TEM | 300 | 649,44   |

|    |       |  |  |     |    |          |
|----|-------|--|--|-----|----|----------|
| 20 | 53676 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ<br>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΟ7  | Με ενσωματωμένη παροχή Ο2 και μέτρηση καπνογραφίας.<br>Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC free latex , να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα, για να μην τραυματίζουν και να έχουν ανατομικό σχεδιασμό.<br>Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης 7.  | TEM | 50 | 658,67   |
| 21 | 53677 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ<br>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΟ8  | Με ενσωματωμένη παροχή Ο2 και μέτρηση καπνογραφίας.<br>Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC free latex , να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα, για να μην τραυματίζουν και να έχουν ανατομικό σχεδιασμό.<br>Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης 8.  | TEM | 50 | 658,67   |
| 22 | 53678 | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ<br>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΟ9  | Με ενσωματωμένη παροχή Ο2 και μέτρηση καπνογραφίας.<br>Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC free latex , να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα, για να μην τραυματίζουν και να έχουν ανατομικό σχεδιασμό.<br>Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης 9.  | TEM | 50 | 658,67   |
| 23 | 53740 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ<br>ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ<br>ΝΟ37 | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης free latex.<br>Χαμηλής πίεσης, τραχειακό και ενδροβρογχικό cuff, χρωματιστό ώστε να είναι εύκολη η παρατήρηση του μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου.<br>.Με ελαφρά κλίση στο άκρο για εύκολη τοποθέτηση.<br>Ατραυματικοί με την μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερου εισπνεόμενου όγκου.<br>Ακτινοσκιοί μέχρι το κατώτερο άκρο τους χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιορή γραμμή του Murfy eye.No 37. | TEM | 60 | 3.833,91 |

|    |       |  |   |     |       |          |
|----|-------|--|---|-----|-------|----------|
| 24 | 53741 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ<br>ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ<br>ΤΥΠΟΥ<br>ROBERTSHAW NO39               | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης free latex.<br>Χαμηλής πίεσης, τραχειακό και ενδροβρογχικό cuff, χρωματιστό ώστε να είναι εύκολη η παρατήρηση του μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου.<br>.Με ελαφρά κλήση στο άκρο για εύκολη τοποθέτηση.<br>Ατραυματικοί με την μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερου εισπνεόμενου όγκου.<br>Ακτινοσκοπεύονται μέχρι το κατώτερο άκρο τους χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy eye.No 39. | TEM | 60    | 3.837,60 |
| 25 | 53742 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ<br>ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ<br>ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΡΟΓΧΟ<br>ΤΥΠΟΥ<br>ROBERTSHAW NO41               | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης free latex.<br>Χαμηλής πίεσης, τραχειακό και ενδροβρογχικό cuff, χρωματιστό ώστε να είναι ευκολη η παρατήρηση του μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου.<br>.Με ελαφρά κλήση στο άκρο για εύκολη τοποθέτηση.<br>Ατραυματικοί με την μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερου εισπνεομενου όγκου.<br>Ακτινοσκοπεύονται μέχρι το κατώτερο άκρο τους χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκοπική γραμμή του Murfy eye.No 41. | TEM | 50    | 2.324,70 |
| 26 | 53780 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ<br>ΕΝΗΛΙΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙ<br>ΡΩΜΕΝΟ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ<br>ΑΠΟ PVC ΠΟΥ ΝΑ | Αποστειρωμένο κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με διγαλωτό συνδετικό Υ. και επιπλέον σωλήνα 120cm διαμέτρου 22mm ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό   | TEM | 1.000 | 8.548,50 |

|    |       |   |  |     |       |          |
|----|-------|---|--|-----|-------|----------|
|    |       | <p>ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :2<br/>ΣΩΛΗΝΕΣ 150CM<br/>(15MM)<br/>ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ<br/>ΜΕ ΔΙΧΑΛΩΤΟ<br/>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΚΑΙ<br/>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ<br/>100CM.ΕΥΘΥ<br/>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ<br/>ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΣΚΟ<br/>2 LT ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΔΕΣ<br/>ΣΥΝΔΕΤΙΚ</p>                                   | <p>2Lt και γωνιώδες συνδετικό. Με<br/>λεία εσωτερική επιφάνεια για να<br/>μην κρατάει υδρατμούς. Μαλακά<br/>συνδετικά για καλή τοποθέτηση<br/>στο αναισθησιολογικό μηχάνημα<br/>.Free latex ασκό.</p>                                |     |       |          |
| 27 | 66076 | <p>ΚΑΣΕΤΕΣ<br/>ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ<br/>&amp; ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΕΣΩ<br/>ΞΗΡΑΣ<br/>ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΜΕ<br/>ΕΝΔΕΙΞΗ<br/>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ<br/>ΣΩΣΤΟΥ □ΛΑΘΟΥΣ.<br/>ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ<br/>ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ &amp;<br/>ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ<br/>ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ Η<br/>ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ<br/>ΕΞΟΔΟ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ</p> | <p>ΜΕΣΩ ΞΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,<br/>ΜΕ 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ<br/>&amp; ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ<br/>ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ Ή ΣΗΜΑΤΟΣ<br/>ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ<br/>ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ<br/>ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ<br/>100micro K ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ<br/>ΘΑΛΑΜΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ.</p> | TEM | 300   | 4.760,10 |
| 28 | 66989 | <p>ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ<br/>ΡΑΧΙΑΙΑΣ<br/>ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ<br/>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ<br/>ΠΛΗΡΕΣ N.16,18</p>   |  | TEM | 100   | 3.703,53 |
| 29 | 67124 | <p>ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ<br/>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ<br/>ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ<br/>ΚΑΙ ΛΕΙΑ<br/>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ<br/>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 15 CM<br/>ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΔΗ<br/>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ,ΜΕ<br/>ΥΠΟΔΟΧΗ LUER<br/>LOCK ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ</p>  |  | TEM | 2.000 | 2.460,00 |

ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  
Μ.Χ

|    |       |  |   |     |       |          |
|----|-------|--|---|-----|-------|----------|
| 30 | 80258 | ΦΙΛΤΡΑ Μ.Χ<br>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ<br>ΥΓΡΑΝΣΗΣ -<br>ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΘΕΑ<br>100% ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΜΕ<br>ΔΠΙΛΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ<br>22ΜΜ/15ΜΜ ΜΕ<br>ΠΠΟΔΟΧΗ<br>ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ<br>ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ<br>ΒΑΡΟΥΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ<br>ΠΑΙΔΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ -<br>ΝΕΟΓΝΩΝ |   | TEM | 2.000 | 5.658,00 |
| 31 | 80723 | ΟΔΗΓΟΙ<br>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ<br>ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ ΜΕ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΗ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ<br>ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ<br>ΑΚΡΟ ΝΟ L<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ   | Από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε σχήμα με πλαστική επένδυση. | TEM | 50    | 219,56   |
| 32 | 80724 | ΟΔΗΓΟΙ<br>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ<br>ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ ΜΕ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΗ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ<br>ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ<br>ΑΚΡΟ ΝΟ Μ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ   | Από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε σχήμα με πλαστική επένδυση. | TEM | 50    | 219,56   |
| 33 | 80725 | ΟΔΗΓΟΙ<br>ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ<br>ΣΩΛΗΝΩΝ Μ.Χ ΜΕ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΗ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ   | Από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε σχήμα με πλαστική επένδυση. | TEM | 50    | 219,56   |

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ  
ΑΚΡΟ ΝΟ S  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

|    |       |  |     |       |          |
|----|-------|--|-----|-------|----------|
| 34 | 80756 | ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ<br>ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ<br>ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ<br>ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ<br>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ<br>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ<br>LATEX FREE NO 4 | TEM | 2.000 | 5.166,00 |
| 35 | 80757 | ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ<br>ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ<br>ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ<br>ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ<br>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ<br>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ<br>LATEX FREE NO 5 | TEM | 600   | 1.549,80 |
| 36 | 80758 | ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ<br>ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ<br>ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ<br>ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ<br>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ<br>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ<br>LATEX FREE NO 6 | TEM | 300   | 774,90   |
| 37 | 80904 | ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ<br>ΠΛΗΡΕΣ ,ΜΙΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ<br>,ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:<br>ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΧΙΑΙΑΣ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ                   | TEM | 500   | 7.257,00 |

,ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
 ΑΠΛΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ  
 ,ΔΥΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  
 ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
 ,ΓΑΖΕΣ 25G.

ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ  
 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
 ΠΛΗΡΕΣ ,ΜΙΑΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ  
 ,ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 ΒΕΛΟΝΗ ΡΑΧΙΑΙΑΣ  
 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
 ,ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
 ΑΠΛΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ  
 ,ΔΥΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  
 ,ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
 ,ΓΑΖΕΣ 22

|    |       |  |     |     |          |
|----|-------|--|-----|-----|----------|
| 38 | 80905 |  | TEM | 100 | 1.205,40 |
|----|-------|--|-----|-----|----------|

|    |       |  |     |    |       |
|----|-------|--|-----|----|-------|
| 39 | 84746 | ΕΝΔΟΤΡΑΧ.<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ<br>CUFF MURPHY<br>4.5MM | TEM | 30 | 24,72 |
|----|-------|--|-----|----|-------|

Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης  
 Να είναι κατασκευασμένοι από  
 μαλακό PVC, free latex.  
 Να διαθέτουν connector 15mm, να  
 είναι διαβαθμισμένοι και με  
 αποστρογγυλεμένο άκρο, για να  
 είναι ατραυματικοί  
 Να έχουν ακτινοσκοιερή  
 διαγράμμιση μέχρι το κατώτατο  
 άκρο Νο4,5

|    |       |  |     |    |       |
|----|-------|--|-----|----|-------|
| 40 | 84747 | ΕΝΔΟΤΡΑΧ.<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ<br>CUFF MURPHY<br>5.0MM | TEM | 30 | 24,72 |
|----|-------|--|-----|----|-------|

Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης  
 Να είναι κατασκευασμένοι από  
 μαλακό PVC, free latex.  
 Να διαθέτουν connector 15mm, να  
 είναι διαβαθμισμένοι και με  
 αποστρογγυλεμένο άκρο, για να  
 είναι ατραυματικοί  
 Να έχουν ακτινοσκοιερή  
 διαγράμμιση μέχρι το κατώτατο  
 άκρο Νο5

|    |       |   |  |     |     |          |
|----|-------|---|--|-----|-----|----------|
| 41 | 84748 | ΕΝΔΟΤΡΑΧ.<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ<br>CUFF MURPHY<br>5.5MM                            | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να διαθέτουν connector 15mm, να<br>είναι διαβαθμισμένοι και με<br>αποστρογγυλεμένο άκρο, για να<br>είναι ατραυματικοί<br>Να έχουν ακτινοσκοπική<br>διαγράμμιση μέχρι το κατώτατο<br>άκρο Νο5,5 | TEM | 30  | 24,72    |
| 42 | 84749 | ΕΝΔΟΤΡΑΧ.<br>ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ<br>CUFF MURPHY<br>6.0MM                            | Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης<br>Να είναι κατασκευασμένοι από<br>μαλακό PVC, free latex.<br>Να διαθέτουν connector 15mm, να<br>είναι διαβαθμισμένοι και με<br>αποστρογγυλεμένο άκρο, για να<br>είναι ατραυματικοί<br>Να έχουν ακτινοσκοπική<br>διαγράμμιση μέχρι το κατώτατο<br>άκρο Νο6   | TEM | 30  | 24,72    |
| 43 | 93560 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Ν 1 | free latex   | TEM | 30  | 167,90   |
| 44 | 93561 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Ν 2 | free latex   | TEM | 50  | 279,83   |
| 45 | 93562 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Ν 3 | free latex   | TEM | 200 | 1.119,30 |

|    |        |  |   |     |     |          |
|----|--------|--|---|-----|-----|----------|
| 46 | 93563  | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Ν 4    | free latex  | TEM | 100 | 559,65   |
| 47 | 93564  | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Ν 5    | free latex  | TEM | 30  | 167,90   |
| 48 | 151935 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ<br>ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚ<br>ΟΣ ΝΟ 000  | Να είναι μιας χρήσης,<br>αποστειρωμένοι, τύπου guedel<br>κατασκευασμένοι από εύκαμπτο<br>ατραυματικό υλικό και PVC free<br>latex, να έχουν:χρωματιστή ένδειξη<br>μεγέθους και μαλακά<br>στρογγυλεμένα άκρα 000  | TEM | 50  | 108,24   |
| 49 | 161464 | ΚΥΚΛΩΜΑ<br>ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ<br>MAPLESON C   | Με πλάγιο στόμιο αερίων.<br>Το κύκλωμα να κατασκευασμένο<br>από PVC λείας εσωτερικής<br>επιφανειας για να μην κατακρατά<br>υδρατμούς και να έχει μήκος<br>180cm.Να περιλαμβάνει βαλβίδα<br>APL,τέσσερα συνδετικά για να<br>εφαρμόζει σε όλα τα μηχανήματα<br>και ασκό 2lt.Να είναι<br>αποστειρωμένο μ.χ latex free. | TEM | 200 | 3.936,00 |
| 50 | 161527 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ<br>ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΟ 2,5 | free latex  | TEM | 150 | 839,48   |
| 51 | 161636 | ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ<br>ΜΑΣΚΕΣ ΜΧ ΤΥΠΟΥ<br>SOFT SEAL<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ                     | free latex  | TEM | 30  | 167,90   |

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΟ 1,5

|    |        |  |  |     |       |          |
|----|--------|--|--|-----|-------|----------|
| 52 | 181349 | <p>ΦΙΛΤΡΑ<br/>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ -<br/>ΥΓΡΑΝΣΗΣ -<br/>ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ<br/>ΕΝΗΛΙΚΩΝ</p> | <p>ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,<br/>Μ.Χ. 100% ΥΔΡΟΦΟΒΑ, ΜΕ<br/>100% ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ Κ<br/>ΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ<br/>ΓΙΑ AIDS-SARS-ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ<br/>ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΔΕΤΙΟ<br/>22MM/15MM, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ<br/>ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΥ<br/>ΟΓΚΟΥ Κ ΒΑΡΟΥΣ. ΘΑ<br/>ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ<br/>ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ<br/>ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.</p> | ΤΕΜ | 1.000 | 2.583,00 |
|----|--------|--|--|-----|-------|----------|

## ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
(7<sup>Η</sup> ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ</b>               |                             |
| <b>ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)</b> |                             |
| <b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</b>                       |                             |
| <b>ΕΙΔΟΣ</b>                             | <b><u>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :</u></b> |
| <b>ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>            | <b><u>Π.Α.Γ.Ν.Η</u></b>     |

Στο Ηράκλειο σήμερα την ....., οι υπογράφοντες:

α) ....., Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ..... του ..... κάτοικος ..... κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. .... που υπογράφει ως ..... της εταιρείας.....

σύμφωνα με ..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ..... διενεργήθηκε Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με βάση την διακήρυξη ..... του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη ανάδοχο ....., και η ισχύς μέχρι την παράδοση των ειδών.

Με την αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η πίστωση και διενέργεια του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Με τον ΑΔΑ ..... Δεσμεύτηκε η πίστωση για την παρούσα σύμβαση.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια ..... για ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
2. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)»
3. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
4. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
5. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
6. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β΄)
7. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
8. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
9. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
10. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».

### *Άρθρο 1<sup>ο</sup>*

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ**

Ακολουθούν τα είδη, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

### *Άρθρο 2<sup>ο</sup>*

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα **μέχρι την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των υλικών.**

*Άρθρο 3<sup>ο</sup>*  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση των υλικών, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιμοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. Επίσης τα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27.

*Άρθρο 4<sup>ο</sup>*  
**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή εντός **των 5 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας**, στην αποθήκη του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

*Άρθρο 5<sup>ο</sup>*  
**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος υλικών 4%.

*Άρθρο 6<sup>ο</sup>*  
**ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ**

Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

**Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.**

Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

*Άρθρο 7<sup>ο</sup>*  
**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

*Άρθρο 8<sup>ο</sup>*  
**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

*Άρθρο 9<sup>ο</sup>*  
**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των

τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

#### *Άρθρο 10<sup>ο</sup>*

#### **ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ**