



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Βαθμός Προτεραιότητας
Ηράκλειο, 7-9-12

(7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.:10529

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υποδ/ση: Οικονομικών

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο : Προμηθειών

Πληροφορίες : Ε. Καντιφεδάκη

Ταχ.Δ/ση : Βούτες Ηρακλείου

Ταχ. Θυρίδα : 1352

☎ Τηλέφωνο : 2810 - 375-306

☎ Telefax : 2810 - 542 080

✉ e-mail: prom@pagni.gr

site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΚΤΩ (8) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ αρ. διακ. 8ΕΔ προϋπολογισθείσας δαπάνης 135.00,00€ με ΦΠΑ με ημερομηνία διενέργειας 25-9-12 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις διευκρινίσεις που μας ζητήθηκαν για τον παραπάνω διαγωνισμό για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους (8) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ και συγκεκριμένα στην παράγραφο που αναφέρει «να λειτουργούν με ρεύμα 220V/50 HZ και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για αυτόνομη λειτουργία και αποθήκευση δεδομένων σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος για τουλάχιστον 30min, χωρίς να χάνονται τα δεδομένα», **ισχύει απαραίτητα η προδιαγραφή που αφορά τις ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες** καθώς όλα τα μόνιτορ της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά των ασθενών εκτός Κλινικής, όπου θεωρείται απαραίτητη η αυτόνομη λειτουργία τους μέσω επαναφορτιζόμενων μπαταριών, σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής Προδιαγραφών.

Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ

